

附件 2

医保医用耗材挂网单位字典编写说明

为规范医保医用耗材挂网单位，根据医保医用耗材分类与代码规则、医保医用耗材“医保通用名”命名规范等相关要求，结合介入类、血管类等各类耗材的产品形态、临床使用特点，参考《乘客及货物类型、包装类型和包装材料类型代码》《国际贸易计量单位代码》《定量包装商品计量监督管理办法》制定本医保医用耗材挂网单位字典（以下简称“字典”）。

一、挂网单位字典适用范围

本字典适用于已获批在中国境内上市销售使用，且已在省级医药采购平台挂网或申请挂网的医用耗材，字典未涵盖的医用耗材品类参考执行。

二、挂网单位字典建设原则

本字典建设遵循形态归类、最小计价、标准统一、分类适配的原则，用于指导各省医保医用耗材挂网申报、审核、维护与交易。**形态归类原则**以产品物理形态为第一判定要素，所有挂网单位参考产品实际结构形态制定，确保规则清晰、判定便捷。**最小计价原则**以产品实际临床最小使用单元为基准，采用最小可计数、可计量单位，避免中包装、整箱等非计价单位作为挂网主体单位。**标准统一原则**对同类同用途耗材限定挂网单位范围，企业

根据产品实际形态进行勾选，确保同一类产品挂网单位内涵一致，同一产品在各省平台的挂网单位名称统一。**分类适配原则**以国家医保医用耗材分类代码为基础，按前 15 位对应的类别，如骨、软骨及软组织植入、血管介入治疗等类别分别匹配适宜计量单位，对不同形态产品实施分类施策、精准匹配。

三、挂网单位字典设定说明

本字典以产品形态为核心构建要素，遵循最小可用的原则，以国家医保医用耗材分类代码为基础编制。

——对呈线性单体结构的条状物、管状物类耗材，采用支、条、根作为挂网单位，其中较短的条状管状物使用支，较长的硬质或半硬质条状管状物用根，较长的软性条状管状物用条。常见产品如冠脉支架、导引导丝、微导管的挂网单位为根；人工血管、电极导线、腹带等挂网单位为条；泌尿介入鞘、穿刺器、留置针、采血管等挂网单位为支。

——对呈整体化固态的块状、板状、片状植入类耗材，采用块、片、张作为挂网单位，其中硬质或半硬质固态耗材使用块，面积较小的软质耗材使用片，面积较大的软质耗材使用张。常见产品如接骨板、软组织固定板、椎板成形板的挂网单位为块；硬脑（脊）膜补片、疝补片、止血纱布、防粘连膜的挂网单位为片；手术膜、控温毯、胶片的挂网单位为张。

——对体积小巧、单体独立、按个数计量的球形、柱形或异型耗材，采用个、枚作为挂网单位，其中体积较小的植入类耗材

多采用枚，其余较大的植入、非植入类耗材使用个。常见产品如心脏封堵器材、螺钉、人工晶体、止血夹的挂网单位为枚；输液接头、螺帽、三通、碘伏帽、磨钻头的挂网单位为个。

——对呈液态、粉状等形态可分割的耗材，采用支、瓶、袋、桶作为挂网单位，其中容量较小的软性包材、注射剂一般用支，容量较大的软性包材一般用袋，容量较小的塑料、玻璃包装一般用瓶，容量较大的塑料、玻璃包装一般用桶。常见产品如粘弹剂、医用胶、注射用胶原蛋白的挂网单位为支；心肌停跳液、器官保存液的挂网单位为袋；止血粉、骨修复材料、生物流体敷料的挂网单位为瓶；麻醉干燥剂、透析液的挂网单位为桶。

——对呈手持操作结构的钳状、枪状等形态的耗材，采用把作为挂网单位。常见产品包括活检钳、异物钳、电切环、切开刀、取出器、抓捕器等医用耗材。

——对于需要依靠电能或者其他外部能源发挥功能的有源医用耗材，采用台作为挂网单位。常见产品包括植入式心脏起搏器、植入式心脏除颤器、脑深部电刺激器等。

四、挂网单位字典使用说明

字典主要用于标准化、规范化开展产品挂网单位维护工作。对由多部件组成、成套使用的医用耗材，采用“套”作为挂网单位。考虑到部分同类型产品，易出现前述单体单位与“套”单位界定模糊的问题，原则上维护为“套”的产品，企业均需列清套内产品清单及数量。

如果同一类别的医用耗材对应的字典有多个可选单位，企业维护数据时，可以根据产品实际从字典中选取一个作为最终全国统一的挂网单位。鉴于同企业、同产品的挂网单位应符合在全国范围内保持名称一致、内涵相同的要求，因此由各企业统一在国家医保信息业务编码标准数据库动态维护平台维护，由牵头省份审核后供各省使用，不在招采子系统上开展相关工作，避免企业在省平台上重复维护、重复审核。

本字典实行动态维护与更新机制，随着医用耗材分类更新与产品更新，按照国家相关政策的更新对字典进行修订、补充。各省医药集采机构在医用耗材挂网采购、监测分析和数据统计时，使用标化后的挂网单位及对应的挂网价格，确保挂网、交易、收费全流程数据同源、标准统一、口径一致。